

ST-1566 空气释放值测定仪



产品简介

型号 ST-1566

ST-1566 空气释放值测定仪符合国家标准 SH/T0308 (润滑油空气释放值测定仪测定法) 设计制造, 用于测定汽轮机油、液压油或其它石油产品的空气释放值, 可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。

生产厂家

北京旭鑫仪器设备有限公司

功能特点

- 彩色触摸屏操作, 操作简单方便

销售热线: 010-53519848 13552163429

生产厂家: 北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址: 北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址: www.bj-xuxin.com



欢迎关注微信公众号

- 本机由循环水浴、电子控制恒温系统、空气源、空气加热系统、空气调压装置等组成
- 实时水位检测系统、水量不足，自动提示加水
- 同时精确控制两路温度，集控温、空气、恒温于一体
- 采用高精度 PID 控温整定，控温更精确，性能可靠
- 实验自动通气、断气、自动计时，操作更加便利
- 无油静音泵，气流稳定
- 可实现全中文/全英文界面显示

技术参数

适用标准	SH/T0308
水浴控温范围	室温~100℃
水浴控温精度	±0.1℃
空气控温范围	室温~90℃
空气控温精度	±4℃
计时精度	1 秒
压力调节范围	0-0.1Mpa（可调节）
水浴容积	10L
自检功能	开机自动检测液位并显示
电 源	220V±10% 50Hz
环境温度	5℃~45℃
相对湿度	10%~80%Rh
功 率	≤1500W
重 量	25KG

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：www.bj-xuxin.com



欢迎关注微信公众号

软 件 著 作

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第5834504号

软 件 名 称： 旭鑫ST-15系列油品分析仪器操作软件
V1.0

著 作 权 人： 北京旭鑫仪器设备有限公司

开发完成日期： 2015年12月06日

首次发表日期： 2016年01月06日

权利取得方式： 原始取得

权 利 范 围： 全部权利

登 记 号： 2020SR0955808

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 06265044



2020年08月20日

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：www.bj-xuxin.com



欢迎关注微信公众号